

Regionalny program operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013

Oś priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie 3.3 :

Rozwój B+R w przedsiębiorstwach

Tytuł projektu realizowanego przez firmę:

Zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia i wdrożenia prac badawczo-rozwojowych nad udoskonaleniem procesów technologicznych.



Schaumaplast-Organika Sp. z o.o.

93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 180/194

NIP: 729-24-09-856

Bank BGŻ S.A.

Nr rachunku: 98 2030 0045 1110 0000 0137 0600

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000050084

Kapitał zakładowy: 1 100 000,00 PLN

<http://schorg.pl/>

<http://www.schaumaplast-organika.pl>

1. Przedmiot zamówienia:

Stanowisko do testów styropianu w badaniu reakcji na ogień.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Oferta powinna zawierać min.:

- nazwę i adres oferenta,
- dane kontaktowe osoby związanej z ofertą,
- tytuł postępowania przetargowego (przedmiot zamówienia),
- opis przedmiotu zamówienia,
- czas realizacji zamówienia,
- czas obowiązywania oferty,
- cenę umieszczoną w odpowiedniej tabeli.

2. Kryteria wyboru oferty:

L.p.	Rodzaj kryterium	Punktacja	Sposób oceny
1	Cena *	od 0 do 90	(stosunek ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej w ofercie) x 90
2	Okres gwarancji	od 0 do 10	(stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją) x 10.

*Cenę należy podać w odpowiedniej tabeli zamieszczonej poniżej (sposób obliczania ceny)

3. Parametry techniczne:

- Stanowisko pomiarowe powinno być przystosowane do badania reakcji na ogień próbek styropianowych.
Badania te powinny być możliwe do zrealizowania (przy wykorzystaniu oferowanego urządzenia), zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN ISO 11925-2:2010.
- Urządzenie powinno posiadać wszystkie niezbędne podzespoły wymagane w celu mocowania próbki.
- Urządzenie powinno posiadać możliwość regulacji przepływu powietrza w komorze.
- Urządzenie powinno posiadać możliwość regulacji wielkości płomienia.
- Urządzenie powinno posiadać możliwość płynnej regulacji palnika względem próbki.
- Urządzenie powinno posiadać możliwość obserwacji próbki poddanej działaniu płomienia.
- Masa urządzenia nie powinna przekraczać 150 kg.
- Urządzenie powinno być wyposażone w odpowiednią szybę obserwacyjną w celu analizy procesu badania palności próbki.
- Urządzenie powinno posiadać gazowy system zasilania urządzenia z odpowiednim systemem montażu.
- Urządzenie powinno być objęte min. 24 miesięczną gwarancją.

Dodatkowe wyposażenie:

- anemometr w celu pomiaru prędkości przepływu powietrza.

Do stanowiska pomiarowego należy dołączyć:

- Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim.
- Certyfikat CE.

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia wraz z płatnościami:

Dostawa: do 10 tyg. od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Termin płatności: Termin płatności nie krótszy niż 30 dni od dnia odbioru technicznego.

Miejsce dostawy: Siedziba spółki Schaumaplast-Organika Sp. z o.o

Schaumaplast-Organika Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 180/194
93-231 Łódź

5. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganiami specjalnymi:

Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać drogą elektroniczną na adres: wbogus@schorg.pl lub biuro@schorg.pl do dnia 28.02.2013 r. (włącznie) z dopiskiem w temacie:

„Przetarg: Stanowisko do testów styropianu w badaniu reakcji na ogień.”

W przypadku podania wartości ofert w euro, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wynosi 4,0196.

Oferty cenowe należy przedstawić w poniższej tabeli:

Sposób obliczania ceny:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto
1								
2								
...								
n								
Razem	n/d	n/d	n/d	n/d		n/d		

6. Osoba do kontaktu w ramach zamówienia:

Wojciech Bogus

E-mail: wbogus@schorg.pl

Tel. +48 504115636 lub +48 42 683-08-43

Skład komisji przetargowej powołanej przez Zarząd Spółki:



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie



Centrum
Obsługi
Przedsiębiorcy

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Bogus Wojciech- Przewodniczący Komisji Przetargowej

Błońska Marzena - Członek Komisji Przetargowej

Jaworski Piotr - Członek Komisji Przetargowej

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania.