

Regionalny program operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013

Oś priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie 3.3 :

Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Tytuł projektu realizowanego przez firmę:

Zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia i wdrożenia prac badawczo -
rozwojowych nad udoskonaleniem procesów technologicznych.



Schaumaplast-Organika Sp. z o.o.

93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 180/194

NIP: 729-24-09-856

Bank BGŻ S.A.

Nr rachunku: 98 2030 0045 1110 0000 0137 0600

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000050084

Kapitał zakładowy: 1 100 000,00 PLN

<http://schorg.pl/>

<http://www.schaumaplast-organika.pl>

1. Przedmiot zamówienia:

Stanowisko do badania ściśliwości płyt styropianowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Oferta powinna zawierać min.:

- *nazwę i adres oferenta,*
- *dane kontaktowe osoby związanej z ofertą,*
- *tytuł postępowania przetargowego (przedmiot zamówienia),*
- *opis przedmiotu zamówienia,*
- *czas realizacji zamówienia,*
- *czas obowiązywania oferty,*
- *cenę umieszczoną w odpowiedniej tabeli.*

2. Kryteria wyboru oferty:

L.p.	Rodzaj kryterium	Punktacja	Sposób oceny
1	Cena *	od 0 do 90	(stosunek ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej w ofercie) x 90
2	Okres gwarancji	od 0 do 10	(stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją) x 10.

*Cenę należy podać w odpowiedniej tabeli zamieszczonej poniżej (sposób obliczania ceny)

3. Parametry techniczne:

Stanowisko pomiarowe powinno być przystosowane do badania ściśliwości płyt styropianowych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12431.

- Zakres pomiarowy wraz z tolerancjami:
 - 250±5 Pa
 - 2000±20 Pa
 - 50000±500 Pa
- Maksymalne ciśnienie pracy nie może być mniejsze niż 8 MPa,
- Waga urządzenia wraz z jednostką sterującą nie powinna przekraczać 170 kg,
- System zasilania: 230 V (dopuszcza się zasilanie 400 V jednak pobór mocy nie może być większy niż 4 kW dla urządzenia wraz z jednostką sterującą),
- Urządzenie powinno posiadać możliwość pomiaru drogi wynikającej z nacisku na próbkę oraz pomiar drogi w przestrzeni roboczej związanej z ustawieniem prasy,
- Wymiary urządzenia nie mogą być większe niż 800x800x2000 mm (długość x szerokość x wysokość),

Do stanowiska pomiarowego należy dołączyć:

- Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim.
- Certyfikat CE.

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia w raz z płatnościami:

Dostawa: do 8 tyg. od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Termin płatności: Termin płatności nie krótszy niż 14 dni od dnia odbioru technicznego.

Miejsce dostawy: Siedziba spółki Schaumaplast-Organika Sp. z o.o

Schaumaplast-Organika Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 180/194
93-231 Łódź

5. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganiami specjalnymi:

Oferty wraz ze szczegółową specyfikacją należy składać osobiście lub listownie na adres:

Schaumaplast-Organika Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 180/194
93-231 Łódź.

Składane oferty należy umieścić w dwóch zaklejonych kopertach z adnotacją na wewnętrznej kopercie:

„Otworzyć dnia: 19 kwiecień 2013 roku”

Data i miejsce otwarcia ofert:

W siedzibie spółki Schaumaplast-Organika Sp. z o.o. 19 kwietnia 2013 roku o godz. 14:00. Ostateczny termin przyjmowania ofert do dnia 18 kwietnia 2013 (włącznie).

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Oferty cenowe należy przedstawić w poniższej tabeli:

Sposób obliczania ceny:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto
1								
2								
...								
n								
Razem	n/d	n/d	n/d	n/d		n/d		



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie



Centrum
Obsługi
Przedsiębiorcy

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



6. Osoba do kontaktu w ramach zamówienia:

Wojciech Bogus

E-mail: wbogus@schorg.pl

Tel. +48 504115636 lub +48 42 683-08-43

Skład komisji przetargowej powołanej przez Zarząd Spółki:

Bogus Wojciech- Przewodniczący Komisji Przetargowej

Błońska Marzena - Członek Komisji Przetargowej

Jaworski Piotr - Członek Komisji Przetargowej

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania.